

TA/ZP-10/2020

Wykonawcy

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury do elektronicznego pomiaru nacisków elementów upręży na ciało człowieka

WYJAŚNIENIA

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp” przekazuje następujące informacje w związku z pytaniami złożonymi w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czujnika 1 i 2 mieszczącego się w marginesie błędu 12%?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowaną zmianę.

Z-ca DYREKTORA
ds. TECHNIKI I WDROŻEŃ


dr hab. inż. Wiktor Marek Zawieska